



GASTECH INSTRUMENTS S.r.l.
Via Carpaccio 2/A
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. 02. 48.46.34.05 Fax 02.48.46.83.64

Modulo
GI - MLD 3000 - cal

VERBALE DI TARATURA CERCAFUGHE GAS

Verbale di Taratura n° 0070/18	Foglio n° 1 di 1
--------------------------------	------------------

Cliente : ROSCINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
VIA DEI BARROCCIAI 19/A
06081 ASSISI PG

Strumento in prova			
Denominazione strumento	Cercafughe Gas	Marca	Gastech Instruments
Modello	MLD 3000	Matricola	120011
		Intervallo di verifica	1 anno

Classe di precisione : 0 - 1.000 ppm \pm 5 % f.s. ; 0 - 10.000 ppm \pm 5 % f.s. ; 0 - 100% VOL \pm 5 % f.s.

Gas di Calibrazione

Certificato di Analisi	Gas Campione	Data Certificato	Data Scadenza
RIVOIRA nr 3200	100 ppm	27/08/2016	27/08/2018
RIVOIRA nr 2771	1 % Vol=20% LEL	14/06/2017	14/06/2020
RIVOIRA nr 1623	100 % Vol	28/09/2016	28/09/2019
Temperatura [°C] - Umidità relativa [%]	21 +/- 3°C - 65 +/- 20%	Fluido utilizzato	Gas Metano

Verifiche Funzionali



1	Tasto ON/OFF	OK	4	Tasto ALTOPARLANTE	OK	7	Allarmi ottici (POMPA-BATT-GAS)	OK
2	Tasto MENU	OK	5	Tasto RANGE	OK			
3	Tasto PUNTO ZERO	OK	6	Allarmi acustici (POMPA - BATT - GAS)	OK			

Verifica

Gas immesso	100 ppm	1 % Vol=20% LEL	100 % VOL
Gas misurato	95	1	99

Il campo di misura dell'apparecchio risulta CONFORME

Scadenza taratura FEBBRAIO 2019

Data emissione	12 FEBBRAIO 2018	Eseguito : 	Controllato: 
----------------	------------------	--	--