

VERBALE DI TARATURA CERCAFUGHE GAS

Verbale di Taratura n° 1185/20	Foglio n° 1 di 1
---------------------------------------	------------------

Cliente: ROSCINI IMPIANTI TECNOLOGOCI SRL
VIA DEI BARROCCIAI 19/A
06081 ASSISI PG

Strumento in prova			
Denominazione strumento	Cercafughe Gas	Marca	Gastech Instruments
Modello	MLD 3000	Matricola	200003
		Intervallo di verifica	1 anno

Classe di precisione : 0 - 1.000 ppm ± 5 % f.s. ; 0 - 10.000 ppm ± 5 % f.s. ; 0 - 100% VOL ± 5 % f.s.

Gas di Calibrazione

Certificato di Analisi	Gas Campione	Data Certificato	Data Scadenza
RISAM GAS nr 190706	1 % Vol=20% LEL	16/12/2019	25/11/2023
RI VOIRA nr 774	100 % Vol	28/04/2020	28/04/2023
Temperatura [°C] - Umidità relativa [%]	21 +/- 3°C - 65 +/- 20%	Fluido utilizzato	Gas Metano

Verifiche Funzionali

1	Tasto ON/OFF	OK	4	Tasto ALTOPARLANTE	OK	7	Allarmi ottici (POMPA-BATT-GAS)	OK
2	Tasto MENU	OK	5	Tasto RANGE	OK			
3	Tasto PUNTO ZERO	OK	6	Allarmi acustici (POMPA - BATT -GAS)	OK			

Verifica

Gas immesso	1 % Vol=20% LEL	100 % VOL
Gas misurato	1	99

Il campo di misura dell'apparecchio risulta CONFORME

Scadenza taratura

LUGLIO 2021

Data emissione	15 LUGLIO 2020	Eseguito :	Controllato:
----------------	----------------	------------------	--------------------

VERBALE DI TARATURA CERCAFUGHE GAS

Verbale di Taratura n° **1274/20**

Foglio n° 1 di 1

Cliente : **ROSCINI IMPIANTI TECNOLOGOCI SRL**
VIA DEI BARROCCIAI 19/A
06081 ASSISI PG

Strumento in prova			
Denominazione strumento	Cercafughe Gas	Marca	Gastech Instruments
Modello	MLD 3000	Matricola	120011
		Intervallo di verifica	1 anno
Classe di precisione : 0 - 1.000 ppm ± 5 % f.s. ; 0 - 10.000 ppm ± 5 % f.s. ; 0 - 100% VOL ± 5 % f.s.			

Gas di Calibrazione

Certificato di Analisi	Gas Campione	Data Certificato	Data Scadenza
RISAM GAS nr 190706	1 % Vol=20% LEL	16/12/2019	25/11/2023
RIVOIRA nr 774	100 % Vol	28/04/2020	28/04/2023
Temperatura [°C] - Umidità relativa [%]	21 +/- 3°C - 65 +/- 20%	Fluido utilizzato	Gas Metano

Verifiche Funzionali

1	Tasto ON/OFF	OK	4	Tasto ALTOPARLANTE	OK	7	Allarmi ottici (POMPA-BATT-GAS)	OK
2	Tasto MENU	OK	5	Tasto RANGE	OK			
3	Tasto PUNTO ZERO	OK	6	Allarmi acustici (POMPA - BATT - GAS)	OK			

Verifica

Gas immesso		1 % Vol=20% LEL	100 % VOL
Gas misurato		1	99

Il campo di misura dell'apparecchio risulta **CONFORME**

Scadenza taratura

LUGLIO 2021

Data emissione	28 LUGLIO 2020	Eseguito :	Controllato:.....
----------------	----------------	------------------	-------------------