

VERBALE DI TARATURA CERCAFUGHE GAS

 Verbale di Taratura n° **1699/21**

Foglio n° 1 di 1

Cliente : ROSCINI IMPIANTI TECNOLOGOCI SRL
VIA DEI BARROCCIAI 19/A
06081 ASSISI PG
Strumento in prova

Denominazione strumento	Cercafughe Gas	Marca	Gastech Instruments
Modello	MLD 3000	Matricola	200003
		Intervallo di verifica	1 anno
Classe di precisione : 0 – 1.000 ppm ± 5 % f.s. ; 0 – 10.000 ppm ± 5 % f.s. ; 0 – 100% VOL ± 5 % f.s.			

Gas di Calibrazione

Certificato di Analisi	Gas Campione	Data Certificato	Data Scadenza
RISAM GAS nr 190706	1 % Vol=20% LEL	16/12/2019	25/11/2023
RIVOIRA nr 774	100 % Vol	28/04/2020	28/04/2023
Temperatura [°C] - Umidità relativa [%]	21 +/- 3°C - 65 +/- 20%	Fluido utilizzato	Gas Metano

Verifiche Funzionali

1	Tasto ON/OFF	OK	4	Tasto ALTOPARLANTE	OK	7	Allarmi ottici (POMPA-BATT-GAS)	OK
2	Tasto MENU	OK	5	Tasto RANGE	OK			
3	Tasto PUNTO ZERO	OK	6	Allarmi acustici (POMPA - BATT -GAS)	OK			



Verifica

Gas immesso		1 % Vol=20% LEL	100 % VOL
Gas misurato		1	99

 Il campo di misura dell'apparecchio risulta **CONFORME**

Scadenza taratura

SETTEMBRE 2022

Data emissione	7 SETTEMBRE 2021	Eseguito :..... 	Controllato:..... 
----------------	-------------------------	---	---