

RAPPORTO DI TARATURA CERCAFUGHE GAS

Verbale di Taratura n° **1988/23**

Foglio n° 1 di 1

Cliente: ROSCINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
VIA DEI BARROCCIAI 19/A
06081 ASSISI PG

Strumento in prova			
Denominazione strumento	Cercafughe Gas	Marca	Gastech Instruments
Modello	MLD 3000	Matricola	200003
		Intervallo di verifica	1 anno
Classe di precisione: 0 - 1.000 ppm ± 5 % f.s.; 0 - 10.000 ppm ± 5 % f.s.; 0 - 100% VOL ± 5 % f.s.			

Gas di Calibrazione

Certificato di Analisi	Gas Campione	Data Certificato	Data Scadenza
RISAM GAS nr 220.445 EBD 022 UT	1 % Vol=20% LEL	04/10/2022	29/09/2026
RISAM GAS nr 220.296 - YWA053-H-UT	100 % Vol	17/06/2022	16/06/2027
Temperatura [°C] - Umidità relativa [%]	21 +/- 3°C - 65 +/- 20%	Fluido utilizzato	Gas Metano

Verifiche Funzionali

1	Tasto ON/OFF	OK	4	Tasto ALTOPARLANTE	OK	7	Allarmi ottici (POMPA-BATT-GAS)	OK
2	Tasto MENU	OK	5	Tasto RANGE	OK			
3	Tasto PUNTO ZERO	OK	6	Allarmi acustici (POMPA - BATT -GAS)	OK			

Verifica

Gas immesso	1 % Vol=20% LEL	100 % VOL
Gas misurato	0,99	99

Il campo di misura dell'apparecchio risulta **CONFORME**

Scadenza taratura

SETTEMBRE 2024

Data emissione	26 SETTEMBRE 2023	Eseguito: <i>dlp</i>	Controllato: <i>[Signature]</i>
----------------	-------------------	----------------------	---------------------------------

ROSCINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
Via del Barrocciai, 19/a
06081 S. MARIA NEGLI ANGELI (PG)
Tel. 075 8043795 - Fax 075.8043791
Cod. Fisc. e Partita IVA 00656590544