



GASTECH INSTRUMENTS SRL A SOCIO UNICO  
VIA VITTORE CARPACCIO, 2/A  
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)  
www.gastech.it  
Tel. 0248463405

Modulo

GI - MLD 3000 - cal

## RAPPORTO DI TARATURA CERCAFUGHE GAS

Rapporto di Taratura n° 2118/24

Foglio n° 1 di 1

Cliente: **ROSCINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL**  
**VIA DEI BARROCCIAI 19/A**  
**06081 ASSISI (PG)**

### Strumento in prova

Denominazione strumento	Cercafughe Gas	Marca	GASTECH INSTRUMENTS S.R.L.
Modello	MLD 3000	Matricola	120011
		Intervallo di verifica	1 anno

Classe di precisione: 0 - 1.000 ppm  $\pm$  5 % f.s. ; 0 - 10.000 ppm  $\pm$  5 % f.s. ; 0 - 100 % VOL  $\pm$  5 % f.s.

### Gas di Calibrazione

Certificato di analisi	Gas Campione	Data Certificato	Data Scadenza
RISAM GAS n° 220.445 EBD 022 UT	1% Vol. = 20% LEL	05/10/2022	29/09/2026
RISAM GAS n° 220.296 - YWA053-H-UT	100% Vol	17/06/2022	16/06/2027
Temperatura [ °C ] - Umidità relativa [ % ]	21 $\pm$ 3° C - 65 $\pm$ 20%	Fluido Utilizzato	GAS METANO

### Verifica

Gas Immesso	1% Vol. = 20% LEL	100% Vol.
Gas misurato	0,98	99

Il campo di misura dell'apparecchio risulta **CONFORME**

Prossima taratura da effettuare entro il

SETTEMBRE 2025

Data emissione	20 SETT. 2024	Eseguito		Controllato	
----------------	---------------	----------	--	-------------	--