



GASTECH INSTRUMENTS SRL A SOCIO UNICO
VIA VITTORIO CARPACCIO, 2/A
20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)
www.gastech.it
Tel. 0248463405

Modulo

GI - MLD 3000 - cal

RAPPORTO DI TARATURA CERCAFUGHE GAS

Rapporto di Taratura n° 2363/25

Foglio n° 1 di 1

Cliente: ROSCINI IMPIANTI TECNOLOGICI SRL
VIA DEI BARROCCIAI 19/A
06081 ASSISI (PG)

Strumento in prova			
Denominazione strumento	Cercafughe Gas	Marca	GASTECH INSTRUMENTS S.R.L.
Modello	MLD 3000	Matricola	200003
		Intervallo di verifica	1 anno

Classe di precisione: 0 - 1.000 ppm ± 5 % f.s. ; 0 - 10.000 ppm ± 5 % f.s. ; 0 - 100 % VOL ± 5 % f.s.

Gas di Calibrazione

Certificato di analisi	Gas Campione	Data Certificato	Data Scadenza
RISAM GAS n° 220.445 EBD 022 UT	1% Vol. = 20% LEL	05/10/2022	29/09/2026
RISAM GAS n° 220.296 - YWA053-H-UT	100% Vol	17/06/2022	16/06/2027
Temperatura [°C] - Umidità relativa [%]	21 ± 3° C - 65 ± 20%	Fluido Utilizzato	GAS METANO

Verifica

Gas Immesso	1% Vol. = 20% LEL	100% Vol.
Gas misurato	0,98	99

Il campo di misura dell'apparecchio risulta CONFORME

Prossima taratura da effettuare entro il

SETTEMBRE 2026

Data emissione	16 SETT. 2025	Eseguito	Controllato
----------------	---------------	----------	-------------

ROSCINI IMPIANTI TECNOLOGICI
VIA DEL BAROCCIAI 19/A
06081 ASSISI (PG) ITALIA
Tel. 075.8043799 - Fax 075.8614117
Cod. Fisc. e Partita IVA 01550150014